



महाराष्ट्र शासन

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, सिंधुदुर्ग
Government Medical College & Hospital, Sindhudurg

Near Civil Hospital, A/P.Oras, Tal.-Kudal, Dist. Sindhudurg

Phone No.(02362 228355)

E-mail ID- deangmcsindhudurg@gmail.com

जा.क्र.शावैमवरुसि/Ortho Implant/दरपत्रके 2993 /2026

दि.27/06/2026

संस्थेच्या संकेतस्थळावरून दरपत्रके मागणी (अत्यंत तातडीचे)

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, सिंधुदुर्ग या रुग्णालयातील रुग्णांकरिता सोबत दिलेल्या माहितीनुसार Ortho Implant ची आवश्यकता आहे. परिणामी रुग्णसेवेत अडचणी निर्माण होत असल्याने अत्यंत तातडीची बाब म्हणून Ortho Implant च्या खरेदीकरीता दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत.

Ortho Implant चे तपशिल खालीलप्रमाणे.

UNCEMENTED TOTAL HIP REPLACEMENT METAL ON POLY (INDIAN) IMPLANT

अ. क्र.	वस्तुची यादी	नग	तपशील	रक्कम (जीएसटी करासह)
1.	Long Stem uncemented Bipolar hemiarthroplasty Implant	1 NOS	- Stem Type : Long, distally extended, uncemented depending on bone quality and indication - Stem length : Commonly 200-250+ mm, Selected according to femoral anatomy and fracture extension - Stem diameter : Usually 12-18 mm, Based on templating and canal size - Head : Bipolar head, commonly 42-54 mm outer diameter, with appropriate inner head size - Neck option : Multiple neck lengths/ offsets to restore leg length and femoral offset - Material : Cobalt-chrome, depending on implant system - Flutes/slots : Useful in long stems for rotational stability - Distal tip : Preferably designed to reduce stress concentration; avoid excessive canal filling.	
	Distal fibula pre contoured plate	1 NOS	Specification Typical Material Titanium alloy or 316L stainless steel Design-Anatomically pre-contoured, left/right specific Plate thickness - 2.5-3.5 mm Plate Width - 10-12 mm Length- Usually 5-12 holes; Longer option available Distal holes Multiple 2.7/3.5 -mm locking holes Shaft holes 3.5 -mm combination/locking holes Distal screws 2.7 or 3.5 mm locking screws Proximal screws 3.5 -mm Cortical/locking screws	

अ. क्र.	वस्तुची यादी	नग	तपशील	रक्कम (जीएसटी करासह)
			Distal fixation Usually 3-5 screws depending on fragment size Plate Shape Distal end flares to accommodate lateral malleolus options Standard lateral, posterolateral, antiglide, hook/locking plate	
2	Anatomically contoured distal tibia locking compression plate	01 Nos	Feature-Typical specification 316L Stainless steel Design Anatomically Contoured distal tibia locking compression plate Thickness 3-4mm Shaft, thinner anatomically contoured distal portion Width 10-15mm depending on manufacturer Length-Approximately 6-20+ holes, commonly 6-14 hole plates Distal holes Multiple multidirectional locking holes, usually 2.7/3.5mm Shaft holes Combination holes accepting 3.5 mm cortical/locking screws Distal screws 2.7 mm or 3.5 mm locking screws depending on system Shaft screws 3.5 mm locking/cortical screws Contour Pre-contoured to distal tibia anatomy Side- Right And Left Sprcific Radiolucency Titanium produces less artefact than stainless steel.	

अटी व शर्ती-

- १) दरपत्रक एका बंद लिफाफ्या मध्ये सादर करण्यात यावे.
- २) सदर लिफाफा दि. २७/०८/२०२६ रोजी दुपारी ५.०० वाजेपर्यंत अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, सिंधुदुर्ग यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पोस्टाने किंवा हस्तपोच सादर करावे. उशिरा प्राप्त होणाऱ्या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही याची नोंद घ्यावी. स्थानिकांना प्राधान्य देण्यात येईल.
- ३) दरपत्रक लिफाफ्यावर - संदर्भ, विषय, पुरवठाधारकाचे नाव, दिनांक (अंतिम तारीख), संपर्क व पत्ता स्पष्ट लिहिलेले असावे.
- ४) दरपत्रक लिफाफ्यामध्ये खालीलप्रमाणे दस्तऐवज जोडण्यात यावेत.
 - १) PAN CARD
 - २) GST
 - ३) AADHAR CARD
 - ४) STATE LICENSING AUTHORITY - LISCENSE - MD-४२/MD-९ for Ortho Implant
 - ५) DRUG LICENSE - २० B, २१ B
 - ६) दरपत्रक सर्व करा सहित व वाहतुक शुल्का सहित (INCLUDING ALL TAXES & DELIVERY CHARGES)
- ५) यादीमधील बाबी आवश्यकतेप्रमाणे पुरवठा आदेश देण्यात येतील जर आवश्यकता नसेल तर पुरवठा आदेश दिला जाणार नाही.
- ६) ठरवून दिलेल्या कालावधीत साहित्यांना पुरवठा न झाल्यास नियमानुसार दंडात्मक रक्कत पुरवठादारांच्या देयकातून रक्कमेतून वसूल केली जाईल.
- ७) शस्त्रक्रियेच्या वेळी इम्प्लांट्सची संपूर्ण श्रेणी (Complete Range of Implant) उपलब्ध करून दिली जावी.
- ८) इम्प्लांटचे ऑनलाईन/ऑफलाईन प्रात्यक्षिक (Demonstration) आवश्यक आहे.
- ९) Cordless battery-operated hand drill with saw attachment to be provided.

- १०) एखादे Orthopedic Implant अप्रमाणित अथवा खराब आढळल्यास त्याविषयी होणाऱ्या सर्व शासकीय कार्यवाहीची जबाबदारी दरपत्रकधारकाची राहिल. नवीन बदली करून द्यावे लागल्यास तो पुरवठा बिना शर्त व इतर खर्चाशिवाय पुरवठा करणे हे दरपत्रकधारकास बंधनकारक राहिल.
- ११) Ministry of Health And Family Welfare (Department of Family Welfare) Notification, New Delhi Date.३१/०१/२०१७ G.S.R. ७८E नुसार DCGI नुसार इम्प्लांट्सचे स्टिकर इम्प्लांट्स सोबत देणे बंधनकारक राहिल.
- १२) कोणताही लिफाफा स्वीकारणे अथवा नाकारणे, तसेच सदरची प्रक्रिया रद्द करण्याचे सर्व अधिकार अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, सिंधुदुर्ग यांना राहतील.



अधिष्ठाता
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, सिंधुदुर्ग.
महाविद्यालय व रुग्णालय

श्री. विलास राठोड / श्री. प्रवीण वेंगुर्लेकर, निम्नश्रेणी लघुलेखक, उपरोक्त नमुद Ortho Implant खरेदीबाबत दरपत्रके मागविण्याबाबतचा मजकूर या संस्थेच्या संकेतस्थळावर दिनांक २५ /०८/२०२६ रोजी प्रसिध्द करण्यात यावा.